

## Konformitätserklärung

Hersteller: SmartLife Care AG  
Zürichstrasse 38, 8306 Brüttisellen, Schweiz

Gegenstand: Notrufuhr Vito  
Modell: CW-1M

**Das genannte Set erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien  
EU RED – Directive 2014/53/EU  
Saftey (LVD) 2014/35/EU**

Die Konformität der Notrufuhr, die Gegenstand dieser Erklärung ist, wurde in Anwendung der folgenden technischen Normen oder Vorschriften bewertet:

Radio Spectrum EN 300 220-1: V3.1.1: 2017  
EN 300 220-3-1: V2.1.1: 2016-12

EMC EN 50130-4 (2011/A1:2014), (IEC/EN61000-4-2 (2009)/-3 (2006+A2:2010))  
EN 301 489-1:V2.1.1 (2017)  
EN 301 489-3:V2.1.1 (2019)  
Die Konformität mit den EMV Anforderungen der Normen EN 301 489-1, EN 301 489-3 wurden in einem internen Assessment gemäss den Kriterien und Spezifikationen von Art. 3.1(b) der RED Direktive überprüft und sie erfüllen gemäss dem Assessment die Anforderungen.

Sicherheit IEC 62368-1:2014/COR1:2015  
EN 62368-1:2014/A11:2017  
EN 62479 (2010)

Brüttisellen, 17. April 2020



Reto Weber, CEO, SmartLife Care AG

**SmartLife Care AG**

Zürichstrasse 38  
8306 Brüttisellen